

EN Disposable Turbine with Cardboard Mouthpiece

Intended use

The device is intended to convert airflow into a rotational movement for subsequent measurement of flow and volume inhaled/exhaled by the patient for spirometry testing. Use only with compatible spirometers; the list is available on the website www.spirometry.com

Warnings

After opening the original pouch avoid dust, hair, sputum, threads to enter the turbine. The presence of impurities may seriously compromise the accuracy of the measurement. Avoid environmental contamination following the local regulations.

Calibration

All FlowMIR® are individually checked to guarantee accuracy and do not require calibration.

Caution:

Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a physician (USA only). FlowMIR® may cause cross-contamination risks if re-used on more than one patient.

FR Turbine jetable FlowMIR® avec embout buccal en carton

Usage prévu

L'appareil est conçu pour convertir le flux d'air en mouvement de rotation pour la mesure du flux et du volume inspiré/expiré par le patient lors de tests de spirométrie. L'appareil doit uniquement être utilisé avec des spiromètres compatibles (la liste est disponible sur le site Web www.spirometry.com).

Avertissements

Après ouverture du sachet, veillez à préserver la turbine de la poussière, des cheveux, des crachats et des fils. La présence d'impuretés peut sérieusement compromettre la précision de la mesure. Évitez la contamination environnementale conformément aux réglementations locales.

Calibrage

Les appareils FlowMIR® sont vérifiés pour garantir la précision et ne nécessitent pas de calibrage. La turbine FlowMIR® peut provoquer des risques de contamination croisée si utilisée par plusieurs patients.

DE FlowMIR® Einwegturbine mit Mundstück aus Pappe

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Vorrichtung ist zur Umwandlung eines Luftstroms in eine rotatorische Bewegung für die anschließende Messung des Flusses und des vom Patienten ein-/ausgeatmeten Volumens im Rahmen einer Spirometrie bestimmt. Nur mit kompatiblen Spirometern verwenden; eine entsprechende Liste ist auf der Webseite www.spirometry.com verfügbar.

Warnungen

Nach Öffnen der Originalverpackung bitte darauf achten, dass weder Staub, Haare, Sputum noch Fasern in die Turbine gelangen. Verunreinigungen können die Genauigkeit des Messergebnisses erheblich beeinträchtigen. Vermeiden Sie Umweltverschmutzung durch die Beachtung der örtlich geltenden Vorschriften.

Kalibrierung

Alle FlowMIR® Vorrichtungen werden zur Gewährleistung ihrer Präzision einzeln überprüft; eine Kalibrierung ist nicht nötig. FlowMIR® kann bei Wiederverwendung bei mehr als einem Patienten Kreuzkontamination Risiken verursachen.

IT FlowMIR® Turbina monouso con boccaglio in cartone

Destinazione d'uso

Il dispositivo è destinato a convertire il flusso d'aria in un movimento rotazionale per la conseguente misura del flusso e del volume inspirato/espirato del paziente che esegue la spirometria.

Usare solo con spirometri compatibili;

l'elenco è disponibile sul sito www.spirometry.com

Avvertenze

Dopo aver aperto la bustina originale evitare che polvere, capelli, espettorato o altro corpo esterno entrino nella turbina.

La presenza di impurità può seriamente compromettere la precisione della misura. Evitare la contaminazione ambientale seguendo la locale normativa vigente.

Calibrazione

FlowMIR® è controllata singolarmente per garantire la precisione e non richiede la calibrazione.

FlowMIR® può comportare rischi di contaminazione incrociata se riutilizzata su più di un paziente.

ES Turbina desechable FlowMIR® con boquilla de cartón

Uso previsto

El dispositivo está diseñado para transformar en un movimiento de rotación el flujo de aire de manera que sea posible medir el flujo y el volumen de aire que inhala/exhala el paciente durante la espirometría. Solo debe utilizarse con espirómetros compatibles; la lista se encuentra disponible en el sitio web www.spirometry.com

Advertencias

Cuando abra la bolsa original, evite la entrada de polvo, pelo, expectoraciones e hilos en la turbina.

La presencia de impurezas puede reducir considerablemente la exactitud de la medición. Evite la contaminación ambiental como se indica en los reglamentos locales.

Calibración

Todos los dispositivos FlowMIR® se comprueban de forma individual para garantizar la exactitud y no necesitan calibrarse. FlowMIR® puede causar riesgos de contaminación cruzada si se reutiliza en más de un paciente.

PT FlowMIR® Turbina descartável com bocal de cartão

Utilização prevista

O aparelho serve para converter o fluxo de ar em movimento rotacional, para mensuração posterior do fluxo e volume inspirados/expirados pelo paciente, para os testes de espirometria.

Utilize o aparelho apenas com espirómetros compatíveis, cuja lista se encontra disponível em www.spirometry.com

Avisos

Após abertura da bolsa original, evite a entrada de poeira, cabelos, expetoração e fios no interior da turbina. A presença de corpos estranhos pode afetar seriamente a precisão dos resultados. Evite contaminação ambiental, seguindo os regulamentos locais em vigor.

Calibração

Todos os aparelhos FlowMIR® são controlados individualmente para garantir precisão e não precisam de ser calibrados.

A turbina descartável FlowMIR® pode originar riscos de contaminação cruzada, se for utilizada em mais do que um paciente.

AR

مجس قياس احادي الاستخدام بقطعة قم ورقية

الغرض من الاستخدام

قياس تدفق وحجم هواء الشيق والزفير للمريض أثناء اختيار التنفس بواسطة جهاز قياس وظائف الرئة "سيرومتري".

يستخدم هذا المجس فقط مع أجهزة قياس التنفس المتوافقة، كما هو محدد من قبل الشركة المصنعة وللحصول على

قائمة كاملة قم بزيارة الموقع www.spirometry.com.

تحذيرات

بعد فتح الغلاف لا تسمح للغبار أو للأجسام الغريبة بدخول مجس القياس (التوربينة) لتجنب العمل بطريقة خاطئة.

تجنب وجود أي شوائب مثل الشعر والبغم داخل جسم المجس (التوربينة) لأنها قد تؤثر على دقة القياس بشكل خطير.

من أجل تجنب العدوى والتلوث، تخلص من المجسات (التوربينات) وفقاً للوائح المحلية.

المعايرة

جميع المجسات (التوربينات) تفحص بطريقة فردية - كل مجس على حده - في المصنع بواسطة الحاسب الآلي لضمان الدقة

ولهذا السبب المجس لا يحتاج الي معايرة.

تحذير

يقيّد القانون الاتحادي بيع هذا المجس الا من قبل أو بناء على أمر من طبيب (داخل الولايات المتحدة الأمريكية فقط).

قد يتسبب المجس في انتقال العدوى إذا أعيد استخدامه على أكثر من مريض.

BG Турбина за еднократна употреба FlowMIR® с картонен накрайник

Предназначение
Устройството е предназначено за придаване на ротационно движение на въздушния поток за последващо измерване на дебита и обема на вдихвания/издишвания от пациента въздух за спирометрични изследвания. Да се използва само със съвместими спирометри; списъкът може да се намери на сайта www.spirometry.com

Внимание

След отваряне на оригиналната опаковка пазете турбината от попадане на прах, косми, слюнка и конци. Наличието на замърсители може да окаже негативно влияние върху точността на измерванията. Не замърсявайте околната среда, като спазвате местното законодателство.

Калибриране

Всички устройства FlowMIR® се проверяват индивидуално за осигуряване на необходимата точност и не се нуждаят от калибриране. Повторната употреба на FlowMIR® на повече от 1 пациент, може да доведе до пренасяне на зараза.

CS Jednoúčelová turbína FlowMIR® s náustkem z tuhého papíru

Zamýšlené použití

Zařízení je určeno k převedení proudu vzduchu na rotační pohyb pro následné měření průtoku a objemu vzduchu vdechnutého/vydechnutého pacientem při spirometrických testech. Používejte pouze kompatibilní spirometry; seznam je dostupný na webové stránce www.spirometry.com

Varování

Po otevření originálního sáčku zamezte vniknutí prachu, vlasů, slin a vláken do turbíny. Přítomnost nečistot může vážně narušit přesnost měření.

Zamezte poškození životního prostředí dodržováním místních předpisů.

Kalibrace

Všechna zařízení FlowMIR® jsou kontrolována jednotlivě, aby byla zaručena přesnost, a nevyžadují proto kalibraci.

FlowMIR® může způsobit rizika křížové kontaminace, pokud je používán opakovaně u více než jednoho pacienta.

DA FlowMIR® engangsturbine med pappmundstykke

Tilsliget anvendelse

Anordningen er beregnet til at omdanne en luftstrøm til en roterende bevægelse for efterfølgende måling af hastighed og volumen inhaleret/udpuøst af patienten under en spirometri-test. Må kun anvendes med compatible spirometre; en fuldstændig liste kan findes på www.spirometry.com

Advarsler

Efter åbning af den originale pose bør man undgå at støv, hår, spyt eller træde kommer ind i turbinen. Tilstedeværelsen af urenheder kan have en negativ effekt på målenøjagtigheden.

Følg de lokale miljøbestemmelser for at undgå forurening.

Kalibrering

Alle FlowMIR® kontrolleres individuelt for at garantere deres nøjagtighed og har derfor ikke behov for kalibrering.

FlowMIR® kan forårsage krydskontaminerings-risici, hvis de genbruges på mere end en patient.

EL Τουρμπίνα μίας χρήσης FlowMIR® με επιστόμιο από χαρτόνι

Προβλεπόμενη χρήση

Η συσκευή προορίζεται για τη μετατροπή της ροής του αέρα σε περιστρεφόμενη κίνηση, ώστε να μετρηθεί η ροή και ο όγκος του αέρα που εισπνέει/εκπνέει ο ασθενής για εξέταση σπιρομέτρησης. Να χρησιμοποιείται μόνο με συμβατά σπιρόμετρα. Η λίστα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο www.spirometry.com

Προειδοποιήσεις

Αφού ανοίξετε τον φάκελο αρχικής συσκευασίας, προσέξτε να μην εισχωρήσουν σκόνης, τρίχες, πτύελα ή νήματα στην τουρμπίνα. Εάν υπάρχουν ακαθαρσίες, μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά η ακρίβεια μέτρησης.

Ακολουθήστε τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς, ώστε να αποφευχθεί ρύπανση του περιβάλλοντος.

Βαθμονόμηση

Κάθε επιμέρους συσκευή FlowMIR® ελέγχεται ξεχωριστά για εγγυημένη ακρίβεια και δεν απαιτεί βαθμονόμηση.

Οι τουρμπίνες FlowMIR® μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους διάδοσης μολύνσεων, εάν χρησιμοποιηθούν από περισσότερους από έναν ασθενή.

ET FlowMIR® ühekordne turbiin papist huulikuga

Kasutusotstarve

Originaalpakendi avamisel väitige mustuse, juuste, rõga ja kiudude sattumist turbiini. Mustuse olemasolu võib tõsiselt ohustada mõõtmise täpsust.

Väitige keskkonnasaastet vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Hoiatused

Originaalpakendi avamisel väitige mustuse, juuste, rõga ja kiudude sattumist turbiini. Mustuse olemasolu võib tõsiselt ohustada mõõtmise täpsust.

Väitige keskkonnasaastet vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Kalibreerimine

Kõik FlowMIR® seadmed on täpsuse tagamiseks ükshaaval kontrollitud ega vaja kalibreerimist.

FlowMIR® võib põhjustada rist-kontaminatsiooni kui kasutatakse rohkem kui ühel patsiendil.



MIR Medical International Research S.p.A.
Viale Luigi Schiavonetti, 270 - 00173 Roma - Italy



910004 FlowMIR®



0476



FI Kertäkäyttöinen FlowMIR®-turbiini pahvisella suukappaleella

Käyttötarkoitukset

Laitteen tarkoituksena on muuntaa ilmvirran liike kiertäväksi, niin että potilaan sisäänhengittämä/ulospuhaltama virtaus ja tilavuus voidaan mitata spiometriakoetta varten. Käytä ainoastaan yhteensopivien spiometrien kanssa; lista on saatavilla sivustolla www.spirometry.com

Varoitukset

Kun alkuperäinen pakkaus on avattu, varmista ettei turbiiniin pääse pölyä, karvoja, sylkeä tai näitä. Epäpuhtaudet saattavat heikentää mittauksen tarkkuutta huomattavasti. Noudata paikallisia määräyksiä estääksesi ympäristön epäpuhtauksien aiheuttaman likaantumisen.

Kalibrointi

Kaikki FlowMIR®-laitteet on tarkistettu yksittäin tarkkuuden takaamiseksi eikä niitä tarvitse kalibroida. FlowMIR® saattaa aiheuttaa ristikontaminaatioisreja, jos sitä käytetään uudelleen useammalla kuin yhdellä potilasryhmällä.

GA Tuirbín indiúscartha FlowMIR® le béalóg chairtehláir

Úsáid cheaptha

Tá an gléas ceaptha le haershreabh a thiontú ina ghluaiseacht rothlach chun gur féidir leis an othar sreabhadh agus an méid aeir a ionanálaíodh / easanálaíodh a thomhas do thástáil spiriméadrachta. Ná húsáid ach amháin le spiriméadair chomhoiriúnacha; gheofar an liosta ar an suíomh gréasáin www.spirometry.com

Rabhadh

Tar éis an spaga bunaidh a oscailt, féach nach dtéann deannach, gruaig, spútam ná snáitheanna isteach sa tuirbín. D'fhéadfadh neamhghlaine difear suntasach a dhéanamh do chruinneas an tomhais. Seachain éilliú comhshaoil trí chloí leis na rialacháin áitiúla.

Calabú

Déantar gach FlowMIR® a sheiceáil ina aonar chun a chruinneas a ráthú, mar sin ní gá é a chalabúr. Féadfaidh FlowMIR® rioscaí tras-éilliú a chur faoi deara má athúsáidtear é ar níos mó ná othar amháin.

HR Jednokratna turbina FlowMIR® s kartonskim usnikom

Namjenska uporaba

Uredaj je namijenjen za pretvaranja toka zraka u rotacijski pomak za kasnije mjerenje toka i volumena udahnutog/izdahnutog zraka pacijenta pri spiometrijskom ispitivanju. Upotrebljavajte isključivo s kompatibilnim spiometrima. Popis je dostupan na web-mjestu www.spirometry.com

Upozorenja

Nakon otvaranja originalne vrećice pazite da prašina, kosa, pljuvačka i niti ne uđu u turbinu. Prisutnost nečistoća može ozbiljno ugroziti točnost mjerenja. Izbjegavajte zagađenja iz okoliša u skladu s lokalnim propisima.

Kalibracija

Sve turbine FlowMIR® pojedinačno su provjerene kako bi se zajamčila točnost i nije ih potrebno kalibrirati. Féadfaidh FlowMIR® rioscaí tras-éilliú a chur faoi deara má athúsáidtear é ar níos mó ná othar amháin.

HU FlowMIR® eldobható turbina karton fúvókával

Javallatok

[Itaisas segítségével a levegő áramlását forgó mozgással lehet alakítani, ezt követően pedig mérni lehet a beteg be- és kilégzésének áramlási sebességét és térfogatát spiometriás vizsgálatban. Csak kompatibilis spiometerekkel használható, felsoroláskul elérhető a www.spirometry.com honlapon

Figyelmeztetések

Az eredeti tasak felnyitása után ügyeljen, hogy ne kerülhessen por, hajszál, köpet vagy textilszál a turbínába. Az ilyen szennyeződések jelentősen ronthatják a mérés pontosságát. Kerülje a környezet szennyezését, és tartsa be a helyi előírásokat.

Kalibrálás

Minden FlowMIR® eszközt egyedileg ellenőriznek pontosságuk szavatolása érdekében, kalibrálásuk nem szükséges. Korištenje FlowMIR®-a na više od jednog pacijenta može dovesti do pojave unakrsne kontaminacije. Novelheti a keresztferőzés kockázatát, amennyiben egynél több betegnél használják a FlowMIR®-t.

LT Vienkartinė „FlowMIR®“ turbina su kartoniniu kandikliu

Paskirtis

[Itaisas skirtas oro srautui pakeisti | sukamąjį judėjimą, kad būtų galima išmatuoti oro srautą ir įkvėpimo / iškvėpimo tūrį, atliekant pacientui spiometrijos tyrimą. Naudokite tik su suderinamais spirometrais. Sąrašas pateiktas svetainėje www.spirometry.com

Ispėjimai

Atidaryę originalų maišelį, stenkitės, kad į turbūną nepatektų dulkių, plaukų, skreplių, siūlų. Dėl teršalų gali stipriai pablogėti matavimo tikslumas. Laikykitės vietos taisyklių, kad netyrūmėtė aplinkos.

Kalibravimas

Siekiant užtikrinti tikslumą, kiekvienas „FlowMIR®“ patikrintas atskirai, todėl kalibruoti nereikia.FlowMIR® gali sukelti kryžminio užkrėtimo riziką, jei pakartotinai naudojamas daugiau nei vienam pacientui.

LV FlowMIR® vienreizlietojamā turbina ar kartona iemuti

Paredzētā lietošana

Ierīci ir paredzēts izmantot, lai pārvērstu gaisa plūsmu rotācijas kustībā un izmēritu plūsmu un pacienta ieelpotā/izelpotā gaisa tilpumu, veicot spiometrijas pārbaudi. Lietot tikai kopā ar saderīgiem spiometriem; saraksts ir pieejams tīmekļa vietnē www.spirometry.com

Brīdinājumi

Pēc oriģinālā iepakojuma atvēršanas nepieļaujiet putekļu, matu, siekalu, pavedienu iekļūšanu turbīnā. Svešķermeņu vai vielu klātbūtne var būtiski ietekmēt mērījuma precizitāti. Nepieļaujiet vides piesārņošanu atbilstoši vietējiem noteikumiem.

Kalibrēšana

Katrs FlowMIR® izstrādājums ir individuāli pārbaudīts, lai garantētu precizitāti, tāpēc kalibrēšana nav nepieciešama. FlowMIR® var radīt savstarpēju inficēšanās risku, ja to lieto vairāk ne kā viens pacients.

MT FlowMIR® turbina disponibbli b'biċċa tal-halq tal-kartun

L-Użu mahsub

L-intenzjoni tal-mezz hija li tikkonverti l-fluss tal-arja fil-moviment tar-rotazzjonali għall-kejl sussegwenti tal-fluss u l-volum inalat/erhi n-nifs mill-pazjent għall-ittestjar ta' ispirometrija. Uża biss ma' ispirometru kompatibbli; il-lista hija disponibbli fuq is-sit elettroniku www.spirometry.com

Twissijiet

Wara l-ftuħ tal-borża originali jiġi evitat it-trab, ix-xagħar, l-isputum, il-ħjut milli jidhol fit-turbina. Il-preżenza ta' impuritajiet jistgħu jikkompromettu serjament l-eżattezza tal-kejl. Evita kontaminazzjoni ambjentali billi ssewvi r-regolamenti lokali.

Kalibrazzjoni

Kull FlowMIR® huma iċċekkjati individwalment sabiex jigarantixxu il-precizjoni u li ma jgħetgux il-kalibrazzjoni. Il-FlowMIR® jistgħu jikkawżaw riskju t'infezzjoni jekk jintużaw mill-gdid f'aktar minn pazjent wiehed.

NL FlowMIR®-wegwerpturbine met kartonnen mondstuk

Beoogd gebruik

Het hulpmiddel is bedoeld om de luchtstroom om te zetten in een roterende beweging voor daaropvolgende meting van de stroomsnelheid en het volume dat door de patiënt wordt ingeademd/uitgeademd voor spirometrietesten.

Alleen te gebruiken met compatibele spirometers; de lijst is te vinden op de website www.spirometry.com

Waarschuwingen

Na opening van de originele zak moet voorkomen worden dat stof, haar, sputum, draden in de turbine komen. De aanwezigheid van onzuiverheden kan de nauwkeurigheid van de meting ernstig in gevaar brengen.

Vermijd verontreiniging van het milieu en volg de plaatselijke regelgeving op.

Kalibratie

Alle FlowMIR®-hulpmiddelen worden elk afzonderlijk gecontroleerd om de nauwkeurigheid te garanderen en vereisen geen kalibratie. FlowMIR® kan risico's op kruisbesmetting veroorzaken indien hergebruikt door meer dan één patiënt.

PL Jednorazowa turbina z kartonowym usnikiem FlowMIR®

Przeznaczenie

Urządzenie służy do nadawania przepływowi powietrza ruchu obrotowego w celu pomiaru przepływu i objętości wdychanej/wydychanej przez pacjenta podczas badania spirometrycznego. Stosować tylko z kompatybilnymi spirometrami; wykaz znajduje się na stronie www.spirometry.com

Ostrzeżenie

Po otwarciu oryginalnej torebki chronić turbinę przed zanieczyszczeniem kurzem, włosami, śliną czy nitkami, gdyż zanieczyszczenie może istotnie zaburzyć pomiar. Chronić przed zanieczyszczeniem z otoczenia zgodnie z miejscowymi przepisami.

Kalibracja

Wszystkie urządzenia FlowMIR® są indywidualnie sprawdzane w celu zagwarantowania dokładności pomiaru i nie wymagają kalibracji. Prawdne używanie tej samej turbiny FlowMIR® u więcej niż jednego pacjenta może powodować ryzyko zakażenia krzyżowego.

RO Turbină de unică folosință FlowMIR® cu muștuc din carton

Utilizare prevăzută

Dispozitivul este destinat pentru a transforma fluxul de aer într-o mișcare de rotație pentru măsurarea ulterioară a debitului și volumului inspirat/expirat de pacient pentru testarea spirometrică. Se utilizează numai cu spirometre compatibile; lista este disponibilă pe site-ul web www.spirometry.com

Avertizări

După deschiderea husei originale, evitați pătrunderea în turbină a prafului, părului, sânelui, ațelor. Prezența impurităților poate periclită grav acuratețea măsurătorii. Evitați contaminarea mediului, respectând reglementările locale.

Calibrare

Toate dispozitivele FlowMIR® sunt verificate individual pentru a garanta acuratețea și pentru a nu necesita calibrare. FlowMIR® poate cauza contaminarea incrucisată, dacă este refolosit la mai mult de un pacient.

SK Jednorazová turbína FlowMIR® s lepenkovým náustkom

Určené použitie

Pomôcka je určená na premenu prúdu vzduchu na rotačný pohyb a na následné meranie prietoku a objemu vdýchnutého/vydýchnutého vzduchu pacientom pri spirometrických skúškach. Používajte len s kompatibilnými spirometrami. Ich zoznam nájdete na internetovej stránke www.spirometry.com

Varovania

Po otvorení pôvodného vrečka nedovoľte, aby sa do turbíny dostal prach, vlasy, hlien alebo vlákna. Prítomnosť nečistôt by mohla vážne narušiť presnosť merania. Zabráňte kontaminácii životného prostredia, dodržiavajte miestne predpisy na likvidáciu.

Kalibrácia

Všetky pomôcky značky FlowMIR® sú skúšané jednotlivo, aby sa zaručila ich presnosť a nevyžadujú si kalibráciu. Ak sa FlowMIR® použije pre viac ako jedného pacienta, vzniká tu riziko krížovej kontaminácie.

SL Turbina FlowMIR® a enkratno uporabo s kartonskim usnikom

Predvidena uporaba

Pripomoček je namenjen pretvarjanju pretoka zraka v rotacijsko gibanje, ki omogoča merjenje pretoka in prostornine zraka, ki ga vdihne/izdihne bolnik pri spirometričnem preizkusu. Uporabljajte samo z združljivimi spirometri; seznam je na voljo na spletnem mestu www.spirometry.com

Opozorila

Ko odprete originalno vrečko, pazite, da v turbino ne zaidejo prah, lasje, slina ali nitke. Prisotnost nečistoč lahko zelo ogrozi natančnost merjenja. Upošteвайте lokalne predpise za preprečevanje onesnaževanja okolja.

Umerjanje

Umerjanje pripomočkov FlowMIR® ni potrebno, saj s pregledom vsakega posameznega pripomočka zagotavljamo njegovo natančnost. FlowMIR® lahko predstavlja tveganje za navzkrižno kontaminacijo, če izdelek uporabimo pri več kot enem pacientu.

SV Engångsturbin FlowMIR® med pappmunstycke

Avsedd användning

Apparatens omvandlar luftflödet till en rotationsrörelse genom vilken man mäter patientens andningsvolym och luftflöde under en spirometriundersökning. Används endast med kompatibla spirometrar; listan finns tillgänglig på webbsidan www.spirometry.com

Varningar

Efter att ha öppnat originalpåsen se till att damm, hår, sputum eller trådar inte hamnar inuti turbinen. Föreningar kan verkligen äventyra mätningens precision. Undvik miljöförorening i enlighet med lokala föreskrifter.

Kalibrering

Varje FlowMIR® turbin testas individuellt för att garantera den begärda kvaliteten och kräver ingen kalibrering. FlowMIR® kan orsaka risk för korskontaminering om den återanvänds för mer än en patient.

 MIR Medical International Research S.p.A.
Viale Luigi Schiavonetti, 270 - 00173 Roma - Italy

    910004 FlowMIR®  0476 